

## คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อพัสดุ/ครุภัณฑ์ รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

๒. ความต้องการ รถเข็นสำหรับใส่ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๓. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน แบบเคลื่อนที่ได้สะดวกรวดเร็ว

### ๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถเข็นชนิด ๔ ล้อ แบบเคลื่อนที่ได้สะดวกรวดเร็ว

๔.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

### ๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ รถเข็นทำจากเหล็กไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรงทนทาน แผ่นซูปสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าเคลือบสีฟ็อกซ์ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและรอยขีดข่วน

๕.๒ รถเข็นมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖๐ มิลลิเมตรและสูงไม่น้อยกว่า ๙๗๐ มิลลิเมตร

๕.๓ ด้านบนสุดเป็นแผ่นเรียบโปร่งใส สามารถมองเห็นของในลิ้นชักชั้นบนสุดได้

๕.๔ มีลิ้นชักทั้งหมด ๕ ชั้น ประกอบด้วย ลิ้นชักขนาด ๔ นิ้ว ๓ ชั้น ลิ้นชักขนาด ๖ นิ้ว ๑ ชั้น และลิ้นชักขนาด ๙ นิ้ว ๑ ชั้น และมีถังขยะทำจากพลาสติก ABS ที่สามารถถอดออกได้

๕.๕ สามารถล็อกลิ้นชักทั้งหมดได้ด้วยระบบ Central Lock

๕.๖ ด้านล่างของรถเข็นมีกันชนรอบคันเพื่อป้องกันการกระแทก

๕.๗ ด้านข้างของรถเข็นมีที่ใส่ถังออกซิเจนพร้อมที่เก็บสายออกซิเจนอยู่ด้านข้าง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๕.๘ มีที่จับสำหรับเข็นอยู่ตรงกันข้ามกับที่เก็บถังออกซิเจน

๕.๙ ด้านหลังของรถเข็นมีแผ่น CPR Broad และมีเสาน้ำเกลืออยู่ด้านข้าง

๕.๑๐ มีถาดสำหรับวางเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ซึ่งสามารถปรับระดับและแกว่งซ้ายขวาได้ พร้อมสายรัดเพื่อป้องกันเครื่องตก

๕.๑๑ มีล้อจำนวน ๔ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร และมีห้ามล้ออย่างน้อย ๒ ล้อ

๕.๑๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

### ๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ

๗.๒ กรณีสินค้ามีปัญหาผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันรับแจ้ง หากต้องซ่อมเกิน ๗ วันทำการ ผู้ขายต้องจัดเครื่องสำรองมาทดแทน หากแก้ไขมาแล้ว ๒ ครั้งยังไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ ผู้ขายต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๓ ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงการรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันส่งมอบของ

๗.๔ ผู้ขายต้องมีใบตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองจากบริษัท

ลงชื่อ..... สุวิมล .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ทัศนีย์ .....กรรมการ

ลงชื่อ..... สมิณ .....กรรมการ

ลงชื่อ..... คณิศร ไฉน .....กรรมการ

ลงชื่อ..... นางจรัส วิไล .....กรรมการ

- ๗.๕ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๖ เดือน ในระยะประกันพร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง และศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ เพื่อให้บริการด้านอะไหล่และการดูแลบริการหลังการขาย
- ๗.๖ มีผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มาสาธิตการใช้งานเครื่อง พร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๗ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
- ๗.๘ ผู้ขายต้องมีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสำหรับช่าง (Technical Service Manual)
- ๗.๙ มีเอกสารหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตว่าบริษัทผู้แทนจำหน่ายมีช่างผ่านการอบรมที่จะสามารถดูแล บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องให้ได้
- ๗.๑๐ สินค้าต้องเป็นสินค้าตัวใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือการใช้งานมาก่อน
- ๗.๑๑ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณสมบัติที่ราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ..... วิวัฒน์ .....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..... วิวัฒน์ .....กรรมการ  
ลงชื่อ..... ลาภกิจพันธ์ .....กรรมการ  
ลงชื่อ..... ลาภกิจพันธ์ .....กรรมการ  
ลงชื่อ..... ลาภกิจพันธ์ .....กรรมการ