

เงื่อนไขการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spiral CT Scan)

สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน

๑. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำฟันที่สำหรับติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๖๔ Slice multi detector CT Scan) ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x ๘ เมตร
๒. ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการดัดแปลง ตกแต่งห้องให้เป็นห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๖๔ Slice multi detector CT Scan) และอุปกรณ์ตามแบบที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานห้องเอกซเรย์ซึ่งกำหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถป้องกันรังสีอีกชีวิตรักษาสภาพเพื่อให้ใช้งานได้ตลอดการใช้งาน
๓. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสารสนับน้ำยา เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการดำเนินการ รวมถึงการรักษาสภาพเพื่อให้ใช้งานได้ตลอดการใช้งาน
๔. กรณีเกิดอุบัติภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติอื่นๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๕. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๖๔ Slice multi detector CT Scan) มารับบริการ โดยนำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลป่าตอง การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง ต้องได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเชิงเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายระหว่างประเทศ, แคตตาล็อก, โปรแกรมการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องหมายละเอียดและคุณลักษณะตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองที่แสดงคุณลักษณะจะต้องได้การยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนในประเทศไทย ที่มีชื่อบริษัทและชื่อทางการค้าเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเท่านั้น พร้อมทั้งส่งมอบรายละเอียดลักษณะของเครื่องและคู่มือการใช้งานให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ สมรรถนะของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๖๔ Slice multi detector CT Scan) จะต้องใช้งานได้ครบถ้วนตามรายการที่มาทำการตรวจผ่านระบบสารสนเทศของผู้ว่าจ้าง (HOSxP)
๖. กรณีผู้ป่วยจากหน่วยบริการอื่นหรือส่งตัวมาจากคลินิกเอกชน การตรวจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างจึงจะทำการตรวจได้และต้องลงทะเบียนการตรวจผ่านระบบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
๗. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๖๔ Slice multi detector CT Scan) โดยทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงห้องตรวจวินิจฉัยโรค และต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างจนกว่าผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับให้ผู้ว่าจ้าง
๘. เทคนิคการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ผู้ตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา
๙. ผู้รับจ้างจะต้องมีนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยและรักษาจารกรรมของวิชาชีพโดยเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้ส่งตรวจหรือผู้ป่วย
๑๐. ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือจัดซื้อรังสีแพทย์ ทั้งจากพื้นที่หรือส่วนราชการที่สั่งทำทางอินเทอร์เน็ตมาบริการแก่ผู้รับบริการ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การดำเนินการหรือการบริการของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายมาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพของผู้ว่าจ้าง

ลงนาม โถงไฟฟ์โน้ต ประธานกรรมการ
ลงนาม / พากเพียบ กรรมการ
ลงนาม / ใจดี กรรมการ

๑๓. ผู้รับจ้างต้องมีการประกันเวลาภาระงานผลการตรวจ โดยกรณีผู้ป่วยที่ໄປใช้เวลาไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมงและกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน (Case Emergency or Fast tract) ใช้เวลาไม่เกิน ๑๒๐ นาที
๑๔. ผู้รับจ้างต้องควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องมีอะไหล่สำรองให้เพียงพอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้รับจ้างได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาการให้บริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้รับจ้างทันทีและผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ในกรณีต้องส่งผู้ป่วยไปตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่อื่น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับส่งผู้ป่วย และค่าส่วนต่างในการตรวจ ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างมาซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จภายใน ๓ วัน ยกเว้นกรณีต้องส่งออกไปจากต่างประเทศ หรือหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Detector ต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน
๑๕. ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการฉีด / กิน เช่น กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ผู้รับจ้างต้องจัดหามาเองทั้งหมดและผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาฟิล์ม และดำเนินการจนได้ภาพทางรังสีบนแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพ ในเวลาที่รวดเร็ว
๑๖. ผู้รับจ้างต้องเสนอเงื่อนไขอื่นๆ กำหนดระยะเวลาในการจ้างเหมาบริการ / ค่าเช่าจ้างเหมาบริการเงื่อนไข / ข้อกำหนดอื่นในการจ้างเหมาบริการ มาพร้อมกับเอกสารประมวลราคา (ถ้ามี)
๑๗. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบันกรังสีการแพทย์ / เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง (อยู่ประจำศูนย์อย่างน้อย ๑ คน ในเวลาราชการ) สำหรับบันกรังสีการแพทย์ / เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาห้องสีเทคนิค
๑๘. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมยาและอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉินให้พร้อมให้ใช้งานเสมอ และจัดหาพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขณะทำการตรวจต้องแจ้งทีมแพทย์ พยาบาลของผู้เช่าหรือทีม CPR จากห้องฉุกเฉินทันที
๑๙. ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายค่าจ้าง รวมถึงงานพัฒนาคุณภาพ การบริการและงานวิชาการของผู้รับจ้างและงานรังสีวินิจฉัย
๒๐. ผู้รับจ้างต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้าจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และต้องระบุประเภทผู้ผลิต
๒๑. ผู้รับจ้างต้องทำรายงานการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจในแต่ละวันให้กับผู้ตรวจงานจ้างเหมาบริการทุกวัน
๒๒. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่องทางราชการและของผู้รับจ้างที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นในภายหลัง ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาเช่า
๒๓. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและให้บริการภายใน ๔๕ วัน หลังจากวันที่ทางผู้รับจ้างส่งมอบพื้นที่พร้อมให้ทางผู้รับจ้างเข้าปรับปรุงสถานที่
๒๔. ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ Slice หรือมากกว่า ในโรงพยาบาลของรัฐมาน以来ไม่น้อยกว่า ๕ โรงพยาบาล โดยนำหลักฐานสัญญา หรือหนังสือรับรองผลงาน หรือบันทึกข้อตกลง น้ำยื่นแสดงในวันเปิดของ
๒๕. ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนำหลักฐานสัญญา หรือหนังสือรับรองผลงาน หรือบันทึกข้อตกลง น้ำยื่นแสดงในวันเปิดของ

ผู้ขอ ໂທ່ານຢູ່ອົງກະຕາມ
ทักษิณ
กรรมการ
วันที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๓
กรรมการ

๒๖. การเสนอราคาการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างต้องเสนอราคา ไม่เกินราคานี้ที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดในแต่ละส่วนการตรวจ ดังนี้

ลำดับ	รายการส่วนตรวจ	ค่าตรวจตามกรมบัญชีกลาง	ราคากำไรบริการ สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม (ไม่เกิน)
๑	CT ๑ part+Multiphase CM	๖,๘๐๐	๓,๔๐๐
๒	CT ๑ part+๓D Navigator	๑๔,๕๐๐	๗,๗๕๐
๓	๓D CT scan	๙,๐๐๐	๔,๐๐๐
๔	CTA ๑ part	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๕	CTA Peripheral run off	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๖	CT Fistulogram	๖,๐๐๐	๓,๐๐๐
๗	CT Brain NC	๓,๑๐๐	๑,๕๕๐
๘	CT Brain with CM	๔,๖๐๐	๒,๓๐๐
๙	CTA Brain	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๑๐	CT Sella	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐
๑๑	CT Pituitary gland ๒ planes	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๒	CT Spine ๑ part	๔,๓๕๐	๒,๖๗๕
๑๓	CT Myelogram	๔,๘๐๐	๒,๙๐๐
๑๔	CT Facial bone	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐
๑๕	CT Facial bone ๓D	๖,๐๐๐	๓,๐๐๐
๑๖	CT Orbita ๒ planes	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๗	CT Temporal bone	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๘	CT IAC	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๙	CT Parotid gland	๔,๓๐๐	๒,๙๕๐
๒๐	CT Nasopharynx ๒ planes	๔,๗๐๐	๒,๔๕๐
๒๑	CT PNS ๒ planes	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๒๒	CT Oropharynx	๔,๗๐๐	๒,๔๕๐
๒๓	CT Neck	๔,๗๐๐	๒,๔๕๐
๒๔	CTA Neck	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๒๕	CT Larynx	๔,๗๐๐	๒,๔๕๐
๒๖	CT Thyroid	๔,๗๐๐	๒,๔๕๐
๒๗	High resolution CT (Lungs)	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒๘	CTA Chest	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๒๙	CTA for Pulmonary Emboli	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๓๐	CTA Aorta (๑ part)	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๓๑	CTA Whole aorta	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
๓๒	CT Upper abdomen	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐
๓๓	CT Lower abdomen	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐

.....นายแพทย์โรงพยาบาลกรรมการ
นายแพทย์โรงพยาบาลกรรมการ
นายแพทย์โรงพยาบาลกรรมการ

ลำดับ	รายการส่วนตรวจ	ค่าตรวจตามกรมปัญชิกлага	ราคากำบังบริการ สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม (ไม่เกิน)
๓๔	CT Whole abdomen	๙,๕๐๐	๔,๗๕๐
๓๕	CTA Renal artery	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๓๖	CT adrenal	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐
๓๗	CTA Arm	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๓๘	CT Extremity or joint per part	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐
๓๙	Non-Ionic contrast per ๕๐ cc	๗๕๐	๓๕๐

๒๗. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากำรซื้อ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะเครื่องที่ให้
ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดโดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องเอกษเรียกคอมพิวเตอร์ที่
ผู้ว่าจังหวัดหนน รวมถึงราคากำรตรวจที่มากกว่าและ/หรือไม่เกินอัตราค่าตรวจที่ทางผู้ว่าจังหวัดทั้งได้
๒๘. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียนกฎเกณฑ์ของทางราชการและขอผู้ว่าจ้างที่มีอยู่ในขณะนี้หรือจะมีขึ้นภาย
หน้าที่ไม่รัดค่อสัญญาจ้าง
๒๙. ข้อกำหนดอื่นใดที่นอกเหนือจากเงื่อนไขการจ้างเหมาฯ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ควบคุมและให้ถือว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ลงนาม โทรศัพย์ดิจิตอล ประธานกรรมการ
 ลงนาม โทรศัพย์ดิจิตอล กรรมการ
โทรศัพย์ดิจิตอล กรรมการ