

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อพัสดุ/ครุภัณฑ์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ ✓
๒. ความต้องการ รถเข็นนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก และสามารถเอกซเรย์ผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ✓
๓. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติเฉพาะรายตามแผนการรักษาของแพทย์ และสามารถเอกซเรย์ผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วย ✓

๔. คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑ เตียงมีส่วนรองรับเป็นแบบ Telescopic Hydraulic Colum
- ๔.๒ สามารถปรับระดับความสูง ต่ำ ด้วยระบบ-Hydraulic
- ๔.๓ สามารถใช้เครื่อง X-ray แบบ C arm ได้
- ๔.๔ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๕.๑ เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ มิลลิเมตร
- ๕.๒ พื้นเตียงผลิตจากวัสดุอย่างดี สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ๕.๓ เบาะที่นอนมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๔ สามารถปรับระดับต่ำสุดของเตียงได้ไม่มากกว่า ๕๘๐ มิลลิเมตร และปรับระดับสูงสุดได้ไม่มากกว่า ๘๙๐ มิลลิเมตร
- ๕.๕ สามารถปรับส่วนพนักพิงตั้งพื้นขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา
- ๕.๖ สามารถปรับท่า Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg ได้ ไม่น้อยกว่า $\pm 1๒^\circ$
- ๕.๗ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ กิโลกรัม
- ๕.๘ เบาะที่นอน มีคุณสมบัติทนทาน ทำความสะอาดป้องกันน้ำได้ มีความหนา ๘๐ มิลลิเมตร
- ๕.๙ มีล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถถล้อคล้อได้โดยแป้นเหยียบบนล้อทั้งสองข้างด้านหัวเตียงและท้ายเตียง
- ๕.๑๐ มีลูกล็อกกันชนทั้ง ๔ มุม เพื่อป้องกันการกระแทกของเตียงหรือผู้ป่วย
- ๕.๑๑ มี Base Cover ที่สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังออกซิเจน
- ๕.๑๒ มีราวกันเตียง เพื่อป้องกันผู้ป่วยพลัดตก
- ๕.๑๓ สามารถติดตั้งเสาน้ำเกลือที่มุมเตียง ซึ่งสามารถถอดได้สะดวก
- ๕.๑๔ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

๖. อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|------------------------|--------------|
| ๖.๑ เสาน้ำเกลือ | จำนวน ๑ ต้น |
| ๖.๒ หมอนรองศีรษะ | จำนวน ๑ ใบ |
| ๖.๓ ที่แขวนถังออกซิเจน | จำนวน ๑ ชิ้น |

ลงชื่อ..... สุวิมลประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... ทัศนัทกรรมการ
ลงชื่อ..... สพ.ก.ก.ค.กรรมการ
ลงชื่อ..... กมลวิมลกรรมการ
ลงชื่อ..... กมลวิมลกรรมการ

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันส่งมอบของ
- ๗.๒ กรณีสินค้ามีปัญหาผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันรับแจ้ง หากต้องซ่อมเกิน ๗ วันทำการ ผู้ขายต้องจัดเครื่องสำรองมาทดแทน หากแก้ไขมาแล้ว ๒ ครั้งยังไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ ผู้ขายต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๓ ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงการรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันส่งมอบของ
- ๗.๔ ผู้ขายต้องมีใบตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองจากบริษัท
- ๗.๕ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๖ เดือน ในระยะประกันพร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง และศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ เพื่อให้บริการด้านอะไหล่และการดูแลบริการหลังการขาย
- ๗.๖ มีผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มาสาธิตการใช้งานเครื่อง พร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๗ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
- ๗.๘ ผู้ขายต้องมีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสำหรับช่าง (Technical Service Manual)
- ๗.๙ มีเอกสารหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตว่าบริษัทผู้แทนจำหน่ายมีช่างผ่านการอบรมที่จะสามารถดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องให้ได้
- ๗.๑๐ สินค้าต้องเป็นสินค้าตัวใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือการใช้งานมาก่อน
- ๗.๑๑ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ..... สจน ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... นศนันท์ กรรมการ
ลงชื่อ..... ฉันทกานต์ กรรมการ
ลงชื่อ..... ศรุตพร โศภิต กรรมการ
ลงชื่อ..... กมล สิริภรณ์ กรรมการ